認定番号	RTL04710

認定証 附属書

試験所・校正機関の別	試験所	
機関名称	沖エンジニアリング株式会社 北関東試験センター・西東京試験センター	
機関所在地	埼玉県本庄市小島南 4-1-1	

1) 試験を実施する事業所

事業所名称	計測事業部　本庄試験グループ・伊勢崎試験グループ	
同 所在地	〒	367-8686
	住所	埼玉県本庄市小島南 4-1-1
恒久的施設で行う試験か、現地試験かの別	■ 恒久的施設で行う試験 □ 現地試験	

認定範囲

分野	M21 電気試験

分類コード及び名称	試験規格
M21.5　環境試験 M21.5.1　低温（耐寒性）試験	JIS C 60068-2-1 （6.8、6.10、6.13 を除く） IEC 60068-2-1 （6.8、6.10、6.13 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.2　高温（耐熱性）試験	JIS C 60068-2-2 （6.7、6.9、6.13 を除く、試験温度は 155℃まで） IEC 60068-2-2 （6.7、6.9、6.13 を除く、試験温度は 155℃まで）
M21.5　環境試験 M21.5.9　塩水噴霧試験	JIS C 60068-2-11 （5、9 を除く） IEC 60068-2-11 （5、9 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.10　塩水噴霧サイクル試験	JIS C 60068-2-52 （7、11 を除く） IEC 60068-2-52 （7、11 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.16　耐水性試験	JIS C 60068-2-18（Ra1 を除く。Ra2 は滴下高さ 0.2m のみ、傾き角度は 15 度まで。Rb1 はタイプ 1 を除く、タイプ 2,3 は管半径 200,400mm のみ、スプレーノズル法は±135° まで。Rb2 の 12.5mm ノズルは 3 分のみ。Rc1 は水深 1m まで。Rc2 は加圧 500kPa まで。5.3.4、5.3.7、6.2.2.4、6.2.2.7、6.2.3.4、6.2.3.7、6.3.4、6.3.7、7.2.4、7.2.7、7.3.4、7.3.7 を除く） IEC 60068-2-18（Ra1 を除く。Ra2 は滴下高さ 0.2m のみ、傾き角度は 15 度まで。Rb1 はタイプ 1 を除く、タイプ 2,3 は管半径 200,400mm のみ、スプレーノズル法は±135° まで。Rb2 の 12.5mm ノズルは 3 分のみ。Rc1 は水深 1m まで。Rc2 は加圧 500kPa まで。5.3.4、5.3.7、6.2.2.4、6.2.2.7、6.2.3.4、6.2.3.7、6.3.4、6.3.7、7.2.4、7.2.7、7.3.4、7.3.7 を除く） JIS D 0203（M1 の回転数を除く） JIS D 5020（IPX3 の旋回チューブを除く）

COPY

認定番号	RTL04710

認定証 附属書

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	沖エンジニアリング株式会社 北関東試験センター・西東京試験センター
機関所在地	埼玉県本庄市小島南 4-1-1

分類コード及び名称	試験規格
M21.5　環境試験 M21.5.17　耐候性試験	JIS D 0205（WAL-1S のみ、7、8 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.18　正弦波振動試験	JIS C 60068-2-6　（7、9、11 を除く） IEC 60068-2-6　（7、9、11 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.19　耐候性（温度・湿度）と動的（振動・衝撃）との複合試験	JIS C 60068-2-53　（3.4、4 を除く　耐候性試験の低温・高温・高温高湿定常と、正弦波振(動動的試験）の組合せのみ対応） IEC 60068-2-53　（3.4、4 を除く耐候性試験の低温・高温・高温高湿定常と、正弦波振(動動的試験）の組合せのみ対応）
M21.5　環境試験 M21.5.21　ランダム振動試験	JIS C 60068-2-64　（7、10 を除く） IEC 60068-2-64　（7、10 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.36　その他の-環境試験	JIS C 60068-2-68　（試験方法は La2 のみ、4.2.4.5、4.2.6、4.2.8、4.2.11 を除く、試験粉じんはタルク粉末のみ、厳しさは空気圧 2kPa 及び試験時間 8 時間のみ） JIS D 5020（IP5KX と IP6KX のダスト試験は、垂直流のみ）
M21.5　環境試験 M21.5.36　その他の-環境試験	JIS C 0920/IEC60529（13.2,13.3 のみ）
M21.5　環境試験 M21.5.36　その他の-環境試験	ISO 20567-1（7,9,10,附属書 A、附属書 B を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.36　その他の-環境試験	JIS K 6259-1　（7.3A、7.3B、7.3C を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.36　その他の-環境試験	ISO 16750-4　（5.4.2 のみ）、（注記 4 を除く）

COPY

認定番号	RTL04710

認定証 附属書

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	沖エンジニアリング株式会社 北関東試験センター・西東京試験センター
機関所在地	埼玉県本庄市小島南 4-1-1

1) 試験を実施する事業所

事業所名称	信頼性ソリューション事業部　評価第 3 グループ	
同 所在地	〒	203-0042
	住所	東京都東久留米市八幡町 1-1-12
恒久的施設で行う試験か、現地試験かの別	■ 恒久的施設で行う試験 □ 現地試験	

認定範囲

分野	M21 電気試験

分類コード及び名称	試験規格
M21.5　環境試験 M21.5.3　温度変化試験	JIS C 60068-2-14（6 を除く、Na は T_A≧-65℃,T_B≦200℃、Nb は T_A≧-65℃,T_B≦175℃） IEC 60068-2-14（6 を除く、Na は T_A≧-65℃,T_B≦200℃、Nb は T_A≧-65℃,T_B≦175℃）
M21.5　環境試験 M21.5.5　高温高湿定常試験	JIS C 60068-2-78　（5.1、5.2、5.3 を除く） IEC 60068-2-78　（5.1、5.2、5.3 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.6　温湿度サイクル（12+12 時間サイクル）試験	JIS C 60068-2-30　（6、8、10 を除く） IEC 60068-2-30　（6、8、10 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.7　温湿度組合せサイクル試験	JIS C 60068-2-38　（6.2、6.5 を除く） IEC 60068-2-38　（6.2、6.5 を除く）
M21.5　環境試験 M21.5.13　減圧試験	JIS C 60068-2-13（6、9 を除く、気圧は 15kPa 以上） IEC 60068-2-13（6、9 を除く、気圧は 15kPa 以上）
M21.5　環境試験 M21.5.14　低温・減圧複合試験	JIS C 60068-2-39（4.3、4.4.3、5 を除く、温度は-20℃以上、気圧は 15kPa 以上） IEC 60068-2-39（4.3、4.4.3、5 を除く、温度は-20℃以上、気圧は 15kPa 以上）
M21.5　環境試験 M21.5.15　高温・減圧複合試験	JIS C 60068-2-39（4.3、4.4.3、5 を除く、温度は 85℃以下、気圧は 15kPa 以上） IEC 60068-2-39（4.3、4.4.3、5 を除く、温度は 85℃以下、気圧は 15kPa 以上）
【注記】M21.5.14,15 は規格番号を変更（内容変更なし）	

COPY

認定番号	RTL04710

認定証 附属書

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	沖エンジニアリング株式会社 北関東試験センター・西東京試験センター
機関所在地	埼玉県本庄市小島南 4-1-1

2) 1)以外の事業所で主たる活動を行う事業所

事業所名称	信頼性ソリューション事業部　信頼性事業支援グループ	
同　所在地	〒	179-0084
	住所	東京都練馬区氷川台 3-20-16

【認定証に係る注記】

1）この認定は、上記規格に規定されたラボラトリ活動を対象とするものであり、規格に含まれるその他の活動、例えばリスクマネジメント、リスクアセスメントの実施等はラボラトリの認定された能力の範囲には含まない。

2）年号及び/又は版番号の表記がない場合、最新規格の発行後半年以内に最新版に対応した試験・校正・サンプリングを実施する。

3）FCC 向け EMC 試験所のみ
本認定は、試験対象品目が FCC 規制による承認を受けたことを意味するものではない。
FCC が承認した試験所の一覧は FCC ウェブサイト(https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/) を参照のこと。

COPY

公益財団法人
日本適合性認定協会

管理番号：RTL04710-20250902